

单一来源论证专业人员签到表

日期：2022年04月18日

采购单位	福建省立医院				
项目名称	福建省立医院奥林巴斯呼吸内镜设备维保服务采购项目				
专家姓名	工作单位	职称	联系电话	备注	
陈明	福建省立医院	高工	13509389128		
陈(子)	福建医科大学附属医院	助理研究员	15392090508		
刘正明	福建医科大学	高工	13862061563		

单一来源采购专家论证意见表

项目名称:	福建省立医院奥林巴斯呼吸内镜设备维保服务采购项目	预算金额: 人民币 29.9 万元
采购人:	单位名称: 福建省立医院	
	联系人: 游多	联系电话: 0591—88618847
代理机构	名称: 福建康泰招标有限公司	
	联系人: 林少明	联系电话: 0591—87803505
单一来源供应商名称	福州晟欣医疗器械有限公司	
	地址: 福建省福州市鼓楼区五四路 82 号 (五四路与庆城路交汇处) 中盛大厦 21 层 02 办公 A 单元	
论证专家	姓名: 林洁	联系电话: 15392490548
	工作单位: 福建医科大学附属协和医院	职称: 助理研究员
符合以下哪款单一来源的法定前提条件 (√):		
1、只能从唯一供应商处采购的; (√)		
2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; ()		
3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从供应商处添购, 且添购资金总额不超过原采购合同金额的 10%。 ()		
专家论证意见 (请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款):		
专家论证意见: 采购人本次拟采购的系奥林巴斯呼吸内镜设备维修与保养服务。该呼吸内镜系统属精密医用内镜设备, 结构较为复杂, 自修存在一定难度, 需从原厂获得配件与技术支持服务等, 以确保临床运行稳定。目前, 该院在用的为奥林巴斯品牌电子主机及其附属医用内镜, 其他品牌内镜暂无法与该主机兼容、适配与使用, 购买维修与保养服务避免了资源浪费, 具有一定的经济性。 根据采购人提供的供应商有关材料, 福州晟欣医疗器械有限公司系经奥林巴斯原厂授权的负责采购人医院销售与售后服务的唯一经销商。根据《中华人民共和国政府采购法》“只能从唯一供应商处采购的”规定, 故建议以单一来源采购方式申请购置审批。		
论证专家签:	林洁	论证日期: 2022.4.18

单一来源采购专家论证意见表

项目名称:	福建省立医院奥林巴斯呼吸内镜设备维保服务采购项目		预算金额: 人民币 29.9 万元
采购人:	单位名称: 福建省立医院		
	联系人: 游多	联系电话: 0591—88618847	
代理机构	名称: 福建康泰招标有限公司		
	联系人: 林少明	联系电话: 0591—87803505	
单一来源供应商名称	福州晟欣医疗器械有限公司		
	地址: 福建省福州市鼓楼区五四路 82 号 (五四路与庆城路交汇处) 中盛大厦 21 层 02 办公 A 单元		
论证专家	姓名: 刘跃明	联系电话: 13860615638	
	工作单位: 福建医科大学	职称:	
符合以下哪款单一来源的法定前提条件 (√):			
1、只能从唯一供应商处采购的; (√)			
2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; ()			
3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从供应商处添购, 且添购资金总额不超过原采购合同金额的 10%。 ()			
专家论证意见 (请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款):			
专家论证意见: 该项目的仪口设备为医用高端精密光学仪口, 其零部件的更换与维修较为精细和需原厂同型号的两件支撑, 特别是超声先行电子支气管镜的维修与零部件更换, 均需奥林巴斯呼吸内镜原厂生产的配件。才保证该医用精密设备运行, 保障该仪口设备的正常使用率, 故采用单一来源。			
论证专家签:	刘跃明	论证日期:	2022. 4. 18

单一来源采购专家论证意见表

项目名称:	福建省立医院奥林巴斯呼吸内镜设备维保服务采购项目		预算金额: 人民币 29.9 万元
采购人:	单位名称: 福建省立医院		
	联系人: 游多	联系电话: 0591—88618847	
代理机构	名称: 福建康泰招标有限公司		
	联系人: 林少明	联系电话: 0591—87803505	
单一来源供应商名称	福州晟欣医疗器械有限公司		
	地址: 福建省福州市鼓楼区五四路 82 号 (五四路与庆城路交汇处) 中盛大厦 21 层 02 办公 A 单元		
论证专家	姓名: 陈润生	联系电话: 13509389128	
	工作单位: 福建省疾病预防控制中心	职称: 高级经济师	
符合以下哪款单一来源的法定前提条件 (☒) :			
1、只能从唯一供应商处采购的; (☒)			
2、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; ()			
3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需继续从供应商处添购, 且添购资金总额不超过原采购合同金额的 10%。 ()			
专家论证意见 (请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款):			
专家论证意见: 奥林巴斯呼吸内镜属于高端精密的医疗设备, 其维保所需的超声光纤电导系统, 内镜系统, 配件, 均需设备的厂家或其授权的机构方可提供, 符合政府采购单一来源采购规定的条件之一。 建议按照单一来源采购的方式, 组织开展该设备的维保服务。			
论证专家签:		论证日期:	2022.4.18